

Карта заказа

Тип	манометр	МО-05
Код вида давления	избыточное	ДИ
	избыточное-разряжение	ДИВ
Верхний предел давления (поддиапазоны) после включения манометра		16 (16, 10, 6, 4, 2,5)
Единица измерения при включении манометра		МПа
Предел допускаемой приведенной основной погрешности		0,025 / 0,05 / 0,1 / 0,15 / 0,25 / 0,4
Климатическое исполнение	УХЛЗ.1 (+5...+50 °С)	Х1
	УХЛЗ.1 (-10...+50 °С)	Х2
Исполнение	КИСЛОРОД	К
	-	-
Блок питания		БП

Пример обозначения:

МО-05 ДИ 16 МПа 0,1 Х1 БП