



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ПОЛИТИКИ

Серия Е

№ 001968



СВИДЕТЕЛЬСТВО

**о признании утверждения типа
средств измерительной техники**

№ UA-MI/Зр-814-2009

Выдано 28 августа 2009 г.

Настоящее свидетельство, выданное ЗАО "РОСМА", Российская Федерация, удостоверяет, что на основании "Соглашения о взаимном признании результатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений", подписанного 6 октября 1992 г. Госстандартом Украины, признаны результаты государственных испытаний и утверждения типа термометров биметаллических БТ, проведенных Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации.

Термометры биметаллические БТ на основании решения Научно-технической комиссии по метрологии Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики зарегистрированы в Государственном реестре средств измерительной техники под номером 26221-08.

Термометры биметаллические БТ после ремонта и при эксплуатации подлежат калибровке.

Рекомендуемый межкалибровочный интервал – 2 года.

Заместитель Председателя



С.Т. Черенков